



**PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA
DE LA CALIDAD DE HEMATOLOGÍA**

EVALUACIÓN RESULTADOS PROGRAMA

JAK-2 V617F

Semestre 2 de 2023

CIDEGEN. SL

Alba Rodríguez Carreño
GENÉTICA

ANTONIO PONZ, 38-50
37007 - SALAMANCA
SALAMANCA

CODIGO PARTICIPANTE : 1942
CODIGO PANEL : 0060.JAK



JAK-2 V617F

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS ANUALMENTE

Envío	Muestra	SU RESULTADO	RESULTADO REFERENCIA
2301	J1	Presencia de la mutación	Presencia de la mutación
	J2	Presencia de la mutación	Presencia de la mutación
2302	J1	Ausencia de la mutación	Ausencia de la mutación
	J2	Presencia de la mutación	Presencia de la mutación
2303	J1	Presencia de la mutación	Presencia de la mutación
	J2	Presencia de la mutación	Presencia de la mutación
2304	J1	Presencia de la mutación	Presencia de la mutación
	J2	Ausencia de la mutación	Ausencia de la mutación

Respuesta correcta respecto al resultado de referencia (verde)

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN HEMATOLOGÍA



Dr. Joan Carles Reverter Presidente del Comité de Estandarización de la SEHH

CERTIFICA :

Que el centro CIDEGEN. SL domiciliado en ANTONIO PONZ, 38-50, SALAMANCA ha participado en los programas de Garantía Externa de la Calidad correspondientes al año 2023 que se detallan a continuación:

Programas	Paneles	Envíos	Resultados	Participación
JAK-2 V617F - JAK	0060	4	4	100%

Y para que así conste, expido el presente Certificado en Barcelona, a 21/12/2023

Dr. Joan Carles Reverter
Presidente del CEH

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN HEMATOLOGÍA



Dr. Joan Carles Reverter Presidente del Comité de Estandarización de la SEHH

CERTIFICA :

Que el centro CIDEGEN. SL domiciliado en ANTONIO PONZ, 38-50, SALAMANCA ha participado en los programas de Garantía Externa de la Calidad correspondientes al año 2022 que se detallan a continuación:

Programas	Paneles	Envíos	Resultados	Participación
JAK-2 V617F - JAK	0060	4	4	100%

Y para que así conste, expido el presente Certificado en Barcelona, a 22/12/2022

Dr. Joan Carles Reverter
Presidente del CEH

PROGRAMA DE EVALUACIÓN EXTERNA DE LA CALIDAD EN HEMATOLOGÍA



Dr. Joan Carles Reverter Presidente del Comité de Estandarización de la SEHH

CERTIFICA :

Que el centro CIDEGEN. SL domiciliado en ANTONIO PONZ 38-50 BAJO 5, SALAMANCA ha participado en los programas de Garantía Externa de la Calidad correspondientes al año 2021 que se detallan a continuación:

Programas	Paneles	Envíos	Resultados	Participación
JAK-2 V617F - JAK	0060	4	4	100%

Y para que así conste, expido el presente Certificado en Barcelona, a 19/01/2022

Dr. Joan Carles Reverter
Presidente del CEH